

**การใช้งาน BodiiRay S
และ BodiiRay R
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19**

27 เม.ย. 2564

เครื่อง BodiiRay S และ BodiiRay R



BodiiRay S
เครื่อง Chest Checkup DR



BodiiRay R
เครื่อง Retrofit DR

ซอฟต์แวร์ BodiiRay และ RadiiView

Worklist Information

No.	Accession Number	HN	Patient Name	Study Description	Schedule Date	Status	Edit	Delete
1	11240160281578506944517			Chest PA Upright 85kV [41003]	2020-10-16 09:38	On		
2	11240160281510270047813			K.U.B. 85kV [41003]	2020-10-16 09:31	On		
3	11240160281508878069053			Chest PA Upright 85kV [41003]	2020-10-16 09:31	On		
4	11240160281505943739936			Chest PA Upright 85kV [41003]	2020-10-16 09:31	On		
5	11240160281506992495015			Chest PA Upright 85kV [41003]	2020-10-16 09:31	On		
6	11240160281504421366372			Chest PA Upright 85kV [41003]	2020-10-16 09:31	On		
7	11240160281502845350197			Chest PA Upright 85kV [41003]	2020-10-16 09:31	On		
8	11240160281498507643901			Chest PA Upright 85kV [41003]	2020-10-16 09:31	On		
9	11240160281481352608213			Chest PA Upright 85kV [41003]	2020-10-16 09:31	On		
10	11240160281471483101098			Chest PA Upright 85kV [41003]	2020-10-16 09:31	On		
11	11240160281466306383040			Chest PA Upright 85kV [41003]	2020-10-16 09:31	On		
12	11240160281465423180111			Chest PA Upright 85kV [41003]	2020-10-16 09:31	On		
13	11240160281462507240261			Chest PA Upright 85kV [41003]	2020-10-16 09:31	On		
14	1124016028145852089931			Chest PA Upright 85kV [41003]	2020-10-16 09:31	On		

80 kV, 200.0 mA, 0.016 sec, 3.2 mAs

Patient Size: Pediatric, Small, Medium, Large

Flat Panel Detector: Preparation, Cycled

RT UPRIGHT

kVp: 89, mA: 200, DI: 2.5, DAP: 3.1, Acq Time: 2020-09-08 15:25:51

Review Information

No.	Accession Number	HN	Patient Name	Schedule Date	Operator Name	Status	Edit
1	11240160281578506944517			2020-09-08 09:38	Hemavansa Phatthana	✓	
2	11240160281510270047813			2020-09-08 09:31	Hemavansa Phatthana	✓	
3	11240160281508878069053			2020-09-08 09:31	Hemavansa Phatthana	✓	
4	11240160281505943739936			2020-09-08 09:31	Hemavansa Phatthana	✓	
5	11240160281506992495015			2020-09-08 09:31	Hemavansa Phatthana	✓	
6	11240160281504421366372			2020-09-08 09:31	Hemavansa Phatthana	✓	
7	11240160281502845350197			2020-09-08 09:31	Hemavansa Phatthana	✓	
8	11240160281498507643901			2020-09-08 09:31	Hemavansa Phatthana	✓	
9	11240160281481352608213			2020-09-08 09:31	Hemavansa Phatthana	✓	
10	11240160281471483101098			2020-09-08 09:31	Hemavansa Phatthana	✓	
11	11240160281466306383040			2020-09-08 09:31	Hemavansa Phatthana	✓	
12	11240160281465423180111			2020-09-08 09:31	Hemavansa Phatthana	✓	
13	11240160281462507240261			2020-09-08 09:31	Hemavansa Phatthana	✓	

สรุปการติดตั้งและใช้งานเครื่อง BodiiRay S

- รพ. รามาธิบดี, กรุงเทพ
- รพ. สนาม วัฒนาแพคตอรีโดย รพ.บ้านแพ้ว, สมุทรสาคร
- รพ. สนาม ท่าทราย โดย รพ.สมุทรสาคร
- รพ. สนาม วิทวอเตอร์ โดย รพ.บ้านแพ้ว, สมุทรสาคร
- รพ. สมุทรสาคร
- รพ. แม่สอด, ตาก
- รพ. สนาม มหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติ โดย รพ. ชลบุรี
- รพ. สนาม รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ โดย รพ. สงขลา
- รพ. เชียงราย

สรุปการติดตั้งและใช้งานเครื่อง BodiiRay R


- รพ. บ้านแพ้ว, สมุทรสาคร
- รพ. สนาม วัดช่องลม โดย รพ. บ้านแพ้ว,
สมุทรสาคร

BodiiRay S ที่ รพ.รามารัตน์

- ติดตั้งที่ รพ.รามารัตน์ เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 63 พร้อมมอบการใช้งานเครื่องและซอฟต์แวร์
- บริเวณประชาสัมพันธ์ อาคาร 4 เพื่อคัดกรองผู้ป่วย COVID-19
- ใช้งานวันที่ 29 เม.ย. 63 - 23 ก.ย. 63 จำนวน 237 ครั้ง




ตรวจปอดผู้สงสัยติดเชื้อ COVID-19



รูปภาพจากโรงพยาบาลรามารินทร์

BodiiRay S ที่ รพ.สนาม วัฒนาแพคตอรี บริหารโดย รพ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

- ติดตั้ง และอบรมการใช้งานเครื่อง และซอฟต์แวร์ (ออนไลน์) วันที่ 8 ม.ค. 64
- เพื่อตรวจคัดกรองและติดตามผลการติดเชื้อ COVID-19
- ใช้งานวันที่ 8 ม.ค. 64 – 6 มี.ค. 64 จำนวน 579 ครั้ง



ตรวจปอดผู้ติดเชื้อ COVID-19



รูปภาพจากโรงพยาบาล รพ. สยาม วัฒนาแพคตอรี โดย รพ. บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

BodiiRay S ที่ รพ.สนาม ท่าทราย บริหารโดย รพ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

- ติดตั้ง และอบรมการใช้งานเครื่องวันที่ 1 ก.พ. 64 และซอฟต์แวร์ (ออนไลน์) วันที่ 11 ก.พ. 64
- เพื่อตรวจคัดกรองและติดตามผลการติดเชื้อ COVID-19
- ใช้งานวันที่ 1 ก.พ.64 – 2 เม.ย. 64 จำนวน 24 ครั้ง




BodiiRay S ที่ รพ.สนาม วิทวอเตอร์ บางกระเจ้า บริหารโดย รพ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

- ติดตั้ง วันที่ 6 มี.ค. 64
- เพื่อตรวจคัดกรองและติดตามผลการ
ติดเชื้อ COVID-19
- เริ่มใช้งานวันที่ 6 มี.ค. 64
- ใช้งาน 132 ครั้ง (ณ 19 เม.ย. 64)



BodiiRay R ที่ รพ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

- บ.พิกษาเมต นำ BodiiRay R ไปติดตั้งใช้งานกับเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ได้
- เพื่อตรวจคัดกรองและติดตามผลการติดเชื้อ COVID-19
- ติดตั้งและอบรมการใช้งาน 8 ม.ค. 64
- ใช้งาน >127 ครั้ง (ณ 23 มี.ค. 64)



BodiiRay R ที่ รพ.สนาม วัดช่องลม รพ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

- ส่งมอบให้ผู้แทน รพ. นำไปติดตั้ง วันที่ 26 ม.ค. 64 ติดตั้งโดย จนท. รพ. และ online เข้าไปช่วย
- เพื่อตรวจและติดตามผลผู้ติดเชื้อ COVID-19
- เริ่มใช้งานวันที่ 27 ม.ค. 64 – 1 มี.ค. 64 จำนวน 171 ครั้ง

